

Druckgeber-Eingangsmodul für Datenlogger MS

Code: M1039



Thermoelement S (Pt10%Rh-Pt) Eingang. Messbereich 0 bis +1700°C.
Genauigkeit $\pm 0,3\%$ vom Messwert + 1,5°C von +200 bis +1700°C.
Linearisiert, Kaltstellenkompensation. Galvanisch getrennt. Die galvanische Trennung ist nicht als Sicherheitsschutz ausgelegt.

Technische Daten