

Akkreditierte Kalibrierung eines eingebauten Temperatursensors - ISO/IEC 17025

Code: SLU001



Die akkreditierte Kalibrierung eines Geräts mit eingebautem Temperatursensor wird von einem externen akkreditierten Kalibrierlabor durchgeführt. Die Dienstleistung umfasst die Ausstellung eines Kalibrierzertifikats.

- akkreditierte Kalibrierung gemäß CSN EN ISO/IEC 17025:2018
- die Ergebnisse der akkreditierten Kalibrierung sind im Rahmen der Abkommen EA MLA und ILAC MRA international anerkannt
- die Kalibrierung an 3 Temperaturpunkten im Bereich von -40 bis $+600$ °C ist im Preis enthalten
- zusätzliche Kalibrierpunkte und Kalibrierungen außerhalb des Standardbereichs (bis -80 °C bzw. bis $+1300$ °C) sind gegen Aufpreis verfügbar

Die gewünschten Kalibrierpunkte müssen in der Bestellung angegeben werden.

Werden keine Kalibrierpunkte angegeben, erfolgt die Kalibrierung automatisch an den Standardpunkten 0 °C, $+20$ °C und $+40$ °C.

[Kalibrierung von COMET-Geräten – Fragen und Antworten](#)

Technische Daten