Akkreditierte Kalibrierung des atmosphärischen Drucks – ISO/IEC 17025

Code: SLU006



Die akkreditierte Kalibrierung des atmosphärischen Drucks wird von einem externen akkreditierten Kalibrierlabor durchgeführt. Die Dienstleistung umfasst die Ausstellung eines Kalibrierzertifikats.

- akkreditierte Kalibrierung gemäß CSN EN ISO/IEC 17025:2018
- die Ergebnisse der akkreditierten Kalibrierung sind im Rahmen der Abkommen EA MLA und ILAC MRA international anerkannt
- die Kalibrierung an 6 Atmosphärendruckpunkten ist im Preis enthalten

Die gewünschten Kalibrierpunkte müssen in der Bestellung angegeben werden.
Werden keine Kalibrierpunkte angegeben, erfolgt die Kalibrierung automatisch an den Standardpunkten 600 hPa, 700 hPa, 800 hPa, 900 hPa, 1.000 hPa und 1.100 hPa.

Kalibrierung von COMET-Geräten – Fragen und Antworten

Technische Daten